

Puchły, dn. 20.05.2020 r.

**WYJAŚNIENIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na zakup i dostawę lornetek (3 szt.)**

Zamawiający informuje, iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na zakup i dostawę 3 lornetek, zostały złożone pytania.

W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- 1. Czy w przypadku lornetki nr 1 zamawiający dopuści odległość źrenicy wyjściowej wynoszącą 13 mm, jest to odległość zapewniająca komfortowe obserwacje.**

Zamawiający informuje, że wartość 13 mm zostaje dopuszczona w parametrze nr 6 „Odstęp źrenicy” Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).

- 2. Czy w przypadku lornetki nr 1 rozstaw na poziomie 59-78 mm odnoszący się do regulacji rozstawu źrenic jest akceptowalny?**

Zamawiający informuje, że rozstaw 59-78 mm zostaje dopuszczony w parametrze nr 9 „Regulacja rozstawu źrenic” Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).

- 3. Czy w przypadku lornetki nr 2, odnośnie regulacji rozstawu źrenic, rozstaw 59-73 mm jest akceptowalny?**

Zamawiający informuje, że rozstaw 59-73 mm zostaje dopuszczony w parametrze nr 9 „Regulacja rozstawu źrenic” Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).